



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE/PE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Gestor(a) do FMS do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE/PE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 referente à Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com fornecimento parcelado de material permanente classificados como utensílios de Enfermaria, Médicos Hospitalares, Cirúrgicos e Lavanderia Hospitalar, em atendimento as necessidades do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - 38.098.716/0001-46

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	2,00	UND.	KSS	FOCO AUXILIAR 120	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 22.733,03	R\$ 45.466,06	20,8200 %	R\$ 4.733,03

Descrição: Foco Cirúrgico Móvel – Especificações mínimas: Foco cirúrgico de solo móvel, de pedestal com rodízios para utilização em salas de procedimento, com tecnologia de iluminação LED de alta eficiência. Sua intensidade luminosa, quando medida a 1 (um) metro de distância, deve ser de no mínimo 100.000 lux, sendo ajustável pelo usuário ou médico. O sistema de iluminação LED deve possuir vida útil de 30.000 horas ou mais. Variação de temperatura de 3.000 K a 6.000 K. Consumo de energia entre 70 a 110 VA para o foco. Sistema de dissipação de calor passivo, sem necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Seu braço articulado deve facilitar o movimento, fornecendo rápida estabilidade para a cúpula. A manopla deve ser facilmente retirável, sem utilização de ferramentas e autoclavável. Sistema de alimentação de emergência com bateria de autonomia mínima de 90 minutos. Deve acompanhar no mínimo dois conjuntos de manoplas autoclaváveis. Alimentação elétrica 220 V/ 60 Hz. Grau de proteção mínima IP-42 Registro válido na ANVISA.

10	2,00	UND.	KSS	FOCO DE TETO 160/160	R\$ 34.800,00	R\$ 69.600,00	R\$ 40.459,24	R\$ 80.918,48	13,9875 %	R\$ 5.659,24
----	------	------	-----	----------------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: Foco Cirúrgico de Teto – Especificações mínimas: Deve possuir duas cúpulas, com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Sistema de redução de sombra com filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução da radiação ultravioleta. Deve possuir intensidade luminosa igual ou maior que 150.000 lux, para cada cúpula, medidos a 1 (um) metro de distância. O consumo de energia para entre 70 a 110 VA para o foco cirúrgico. Variação de temperatura de 3.000 K a 6.000 K para o foco cirúrgico. Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada cúpula. Sistema de dissipação de calor passivo, sem necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. O sistema de iluminação LED deve possuir vida útil de 40.000 horas ou mais. Fixação ao teto utilizando haste central única, com braços articulados independentes, permitindo movimentos de torção, flexão e rotação de cada cúpula em torno da haste central. Para sustentação deve ser empregado sistema de freio adequado, diferentemente do sistema de contrapesos, permitindo que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada. Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade. Ao menos uma das cúpulas deve possuir sistema que permita seu posicionamento a 1 (um) metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica), com foco perpendicular para iluminação de cavidades. Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa, disposto no próprio braço da cúpula, utilizando teclado tipo membrana de fácil higienização, além de controle via manopla no centro da cúpula. O sistema eletrônico deve ter proteção com fusível, substituível. A manopla deve ser facilmente retirável, sem utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajustes pelo cirurgião. Deve acompanhar no mínimo dois conjuntos de manoplas autoclaváveis. Alimentação elétrica 220 V/ 60 Hz. Grau de proteção mínima IP-42. Registro válido na ANVISA.

11	1,00	UND.	KSS	MESA ELÉTRICA T4	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 81.885,54	R\$ 81.885,54	30,1463 %	R\$ 24.685,54
----	------	------	-----	------------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	--------------	------------------

Jairo Amorim Paiva
Secretaria de Saúde
Portaria nº 285/2017

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
------	--------	----	-------	--------	------------------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------	-----------

Descrição: Mesa Cirúrgica Universal – Mesa universal para cirurgias gerais e ginecologia, com acionamento elétrico, altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso. Projetado para cenas cirúrgicas complexas, com sistema de controle automático inteligente (painel de controle padrão) que satisfaça várias demandas de cirurgias gerais. Deslizamento longitudinal até 350mm para acesso livre ao arco em C. Capacidade de carga extrema de 250kg com segurança e estabilidade. Almofada de memória com design antiestático e impermeável. 110 – 220 v. Funcionalidades: Lenth/Width:2100mm/550mm; Elevação(acima/abaixo): 700mm/1000mm; Trendelenburg:≥25°; Reverso Trendelenburg:≥25°; Inclinação lateral (esquerda/direita):15°/15°; Descanso da cabeça(acima/abaixo):45°/90°; Placa de pé (para cima/para baixo& posicionamento horizontal): 90°90°15°; Placa traseira (acima/abaixo):85°/20°; Ponte dos rins:110mm 10. Deslizamento:350mm; Power:220v,50Hz, 1.0kW, com 1 Tela anestésica; 2 Ombro Descanso; Suporte de 2 braços; 2 Suportes de cintura; Embreagem de 2 Joelhos; Placa de 2 pés e; 2 Deslizador Longo.

Subtotal	Subtotal	21,8322	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	45.470,08
R\$	R\$		
162.800,00	208.270,08		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 162.800,00	R\$ 208.270,08	21,8322 %	45.470,08

Chã Grande - Pernambuco, 25 de Agosto de 2023

JAIRO AMORIM PAIVA
Gestor(a) do FMS