



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE/PE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 008/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de veículo tipo ambulância simples remoção para dar suporte ao Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, conforme Emenda Parlamentar Nº 523/2023.*

Fornecedor : FIORI VEICULO S.A - 35.715.234/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Unidade	FIAT	FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX TIPO AMBULÂNCIA	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 150.300,00	R\$ 150.300,00	10,18	R\$ 15.300,00

Descrição: Veículo zero quilometro tipo FURGONETA DE PEQUENO PORTE de cor branca e porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série estabelecidos pela montadora. Janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; grafismo com adesivos padrão AMBULÂNCIA; sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, consumo máximo inferior a 5A; sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn), com potência de 120 dB / 122 dB, controle integrado para sinalização visual, com 2 funções de saída 12V; sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000 Hz; saarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; isolamento termoacústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos e internos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento, com laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 - Norma Regulamentadora 15 Atividades e Operações Insalubres de 06/1978 - anexo 1; revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; armário superior instalado na parte traseira do lado direito para guarda de equipamentos e materiais de primeiros socorros; banco para 02 (dois) acompanhantes, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas; com suporte para lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 18000 mm de comprimento; mangueira, máscara e conexões; cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo catraca, equipado com válvula e manômetro; pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma; ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista, com ventilação forçada para o compartimento do paciente através de ventilador instalado na lateral e/ou no teto do veículo. Garantia: 12 (doze) meses.


Subtotal Adjudicado R\$ 135.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 150.300,00	10,1796 %	R\$ 15.300,00
------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 135.000,00	R\$ 150.300,00	10,1796 %	15.300,00

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Chã Grande-PE, 26 de Julho de 2023


JAIRO AMORIM PAIVA
Gestor(a) do FMS